

Hlášení kritických výsledků a statimů

Seznam vyšetření s kritickými hodnotami – biochemie

Kritické hodnoty hlásíme vždy u ambulantních pacientů.

U hospitalizovaných pacientů je hlášení provedeno při prvním zjištění nebo při náhlé změně některé z uvedených hodnot.

Další patologické hodnoty se hlásí dle uvážení pracovníka, který provádí kontrolu.

Metoda	Dolní hranice	Horní hranice	Jednotky
Na (Natrium)	< 125	> 155	mmol/l
K (Kalium)	< 2,8	> 6	mmol/l
Cl (Chloridy)	< 85	> 125	mmol/l
Ca (Vápník)		> 3	mmol/l
ALT		> 7	μkat/l
AST		> 7	μkat/l
GGT		> 20	μkat/l
Bilirubin celk.		> 100	μmol/l
AMYs		> 5	μkat/l
KREA		> 300	μmol/l
UREA		> 25	mmol/l
CRP		> 50	mg/l
Glu	< 2	> 20	mmol/l
Troponin		> 34,2 Muži	ng/l
		> 15,6 Ženy	ng/l
TSH		> 50	mU/l

Schválil: MUDr. Brodská Helena

Statimové výsledky

Statimové výsledky se hlásí vždy, výjimkou jsou následující zdravotnická zařízení a lékaři s elektronickým přenosem výsledků:

- Anesan
- OB klinika
- GH0 Clinic
- Aura Medical Clinic
- MUDr. Jaroslav Svoboda

Hlášení kritických výsledků a statimů

Seznam vyšetření s neočekávanými hodnotami – hematologie

Hlášení je provedeno při prvním zjištění nebo při náhlé změně některé z uvedených hodnot. Další patologické hodnoty se hlásí dle uvážení pracovníka, který provádí kontrolu.

Metoda	Dolní hranice	Horní hranice	Jednotky
Leukocyty	≤ 2	≥ 20	$10^9/l$
Trombocyty	≤ 50	≥ 800	$10^9/l$
Hemoglobin	≤ 80	≥ 200	g/l
Fibrinogen	$\leq 0,8$	neuvádí se	g/l
PT INR	nevýznamné	$\geq 4,0$	
PT ratio	nevýznamné	$\geq 2,0$	
APTT ratio	nevýznamné	$\geq 1,7$	
D – dimer	nevýznamné	$> 2,5$	mg/l FEU
AT	≤ 40	nevýznamné	
Dif. mikroskop.	přítomnost nezralých forem (blasty, promy, ...) schistocyty $\geq 10/1000$, přítomnost parazitů, ...		

Schválil: MUDr. Balcová Věra

Statimové výsledky

Statimové výsledky se hlásí vždy, výjimkou jsou následující zdravotnická zařízení a lékaři:

- Anesan (Ochrip)
- OB klinika
- GHO Clinic
- Aura Medical Clinic
- MUDr. Jaroslav Svoboda

Hlášení kritických výsledků a statimů

Seznam vyšetření s kritickými hodnotami – imunologie

Hlášení kritického výsledku je provedeno při prvním zachytu.

Další patologické hodnoty se hlásí dle uvážení pracovníka, který provádí kontrolu.

Metoda	Dolní hranice	Horní hranice	Jednotky
Ig G		> 40	g/l
Ig A		> 10	g/l
Ig M		> 10	g/l
PR 3		> 10	U/ml
MPO		> 10	U/ml
GBM		> 20	U/ml
B lymfocyty	< 1		%

Schválil: MUDr. Kayserová Jana

Datum aktualizace: v LIS.